

RAYOS X PERIAPICAL

DABI ATLANTÉ

COLUMNA MÓVIL

- El Rayo X Periapical Spectro 70 X Columna Móvil tiene una base sobre 04 ruedas con columnas súper estables.

PARED PANTOGRÁFICO

- El rayo X Spectro 70 X Pared Pantográfico permite un mayor alcance y uso en varias posiciones.



- Con brazos más ligeros y fáciles de mover y un cabezal con un posicionamiento más preciso, incluso en los movimientos más difíciles.
- Preparado para garantizar la seguridad del paciente y del operador, con mecanismos que reducen la cantidad de exposición del paciente.
- Tubo (ampolla), con punto focal de 0,7 x 0,7 mm, filtración con equivalentes de aluminio de 2,61 mm, bobinado totalmente sumergido en aceite especial.
- Tensión nominal 70 kVp y corriente del tubo 7,0 mA.



Selector de tiempo (aumento)

Selector de tiempo (disminución)

Indicador luminoso de emisión de rayos X

Tecla de activación

Botón para generar la visualización del indicador de tiempo de emisión de rayos X

Indica que es listo para trabajar

DISPARADOR

- Disparo manual a una distancia de 5 metros debidamente probado respetando los requisitos de RDC No. 330, de 20 de diciembre de 2019 e IN No. 95, de 27 de mayo de 2021 de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Fotos Ilustrativas.

Fotos ilustrativas. Dabi Atlante se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y en las especificaciones técnicas de los productos, previa autorización de ANVISA, con el fin de perseguir su mejora. Aparato de rayos X dental: Anvisa 10069210087. 51000000160 - Versión Feb/2022.



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante

DABI ATLANTÉ